

# Journal de bord

12/02/2025

Une première tentative d'impression est réalisée en PLA pour les pieds su spectromètre (scale 0.8), en utilisant les paramètres standards proposés par ideaMaker (préset rapide, PLA, buse à 205°C, lit à 40°C). Le filament ne semble pas avoir adhéré au lit et l'impression a été retrouvée ratée le lendemain après midi.

---

Revision #2

Created 12 February 2025 15:46:37 by Tom Lacoma

Updated 14 February 2025 13:05:39 by Tom Lacoma